

	ერთი ცალი ანალიზატორი სისხლის და შარდის ბიოქიმიური გამოკვლევებისათვის
ანალიზატორის ტიპი	სრულად ავტომატური აპარატი კლინიკური ბიოქიმიური კვლევებისათვის.
წარმადობა	არანაკლებ 80 ტესტი/სთ. რუტინულ ტესტებთან ერთად აპარატი უნდა ასრულებდეს CRP, P-AMYL, LIPASE, გლიკოზირებულ ჰემოგლობინს.
რეაქტივების /არხების რაოდენობა	ერთდროულად არანაკლებ 8 ტესტის რეაქტივის ჩატვირთვის შესაძლებლობა
პასუხის დრო	5–10 წუთი ფოტომეტრული გაზომვისათვის
რეაგენტული სისტემა	რეაქტივების იდენტიფიკაცია ბარკოდირებით; რეაგენტების გაგრილების რეჟიმი; რეაქტივის ხარჯვის ავტომატური კონტროლი.
ნიმუშის ტიპი	შრავი, პლაზმა, შარდი, მთლიანი სისხლი (გლიკოზირებული ჰემოგლობინისათვის)
ნიმუშის სისტემა	ერთჯერადი კიუვეტებით მუშაობა ნიმუშის მცირე მოცულობა (2 µl-დან) ნიმუშის დონის დეტექცია ნიმუშის იდენტიფიკაცია ბარკოდის საშუალებით ნიმუშების დამატება ანალიზის პროცესში
კომუნიკაცია	RS-232 (ASTM protocol)
წყალი	ბაქტერიებისაგან სუფთა, დეიონიზირებული, წინაღობა არაუმეტეს 1,0 მკ S/cm.