

#	საქონლის დასახელება	შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები	განზ.	რაოდ.
1	სეისმური ზონდი - სეისმური კაროტაჟისათვის, გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესასწავლად	სეისმური ზონდი შემდეგი მახასიათებლებით: სეისმური ზონდი არის ერთი აპარატი, ერთიანი სისტემა ინტეგრირებული გეოფონებით გეოფონები: არანაკლებ 6 ცალი სიხშირე: 13დან 15 ჰერცის დიაპაზონში წინაღობა: 2200-2400 ომის დიაპაზონში ერთნაირ პოზიციაზე მდგომი გეოფონები დაკავშირებული უნდა იყვნენ ერთმანეთთან მაღალი ამპლიტუდის მისაღებად. ერთ მხარეს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 100 მეტრის სიგრძის 3 წყვილი კაბელი, კველარისა და წყალგამძლე შრის შემცველი, კაბელები შესაბამისად დაკავშირებული უნდა იყოს ზონდში განთავსებულ არანაკლებ 6 გეოფონთან, მინიმუმ 2 გეოფონი P ტალღის, ხოლო მინიმუმ 4 - S ტალღის რეგისტრაციისათვის. S ტალღის გეოფონები განლაგებული უნდა იყოს ორ წყვილად და ურთიერთმართობულად. ზონდის გარე დიამეტრი არაუმეტეს 6 სანტიმეტრი. ზონდი უნდა ბოლოვდებოდეს რკალისებური ჭრილით სიმძიმის დასაკიდებლად. ზონდი თავსებადი უნდა იყოს "GEODE 24" სეისმოგრაფთან, რომლისთვისაც კაბელი უნდა იწყებოდეს 61-S ტიპის კონექტორით. აპარატი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული, მუშაობდეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. აპარატი მოთავსებული უნდა იყოს წყალგამძლე კორპუსში შემოთავაზებულ ტექნიკაზე უნდა გავრცელდეს მინიმუმ 6 თვიანი საგარანტიო პირობები მოწოდების დღიდან.	ცალი	1

შენიშვნა 1: მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ISO9001 სერტიფიკატი

შენიშვნა 2: აპარატს სატენდერო ღირებულების ფარგლებში უნდა მოჰყვეს ყველა საჭირო მოწყობილობა/აქსესუარი/ნაწილი აპარატის დაუყოვნებლივ გამოყენებისთვის.

შენიშვნა 3: მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციასთან ერთად მწარმოებლის მიერ აპარატის ტექნიკურად გამართული მუშაობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.