

N	დასახელება	ტექნიკური აღწერილობა	რაოდენობა (ცალი)	საგარანტიო ვადა
1	პაციენტის მონიტორი (პედიატრიული, მაჩვენებლით)	პაციენტის დაკვირვების მონიტორი, პედიატრიული აქსესუარებით. სტანდარტული პარამეტრები: ECG SPO2 NIBP RESP TEMP PR. ეკგ განხრების ეკრანზე გამოტანა - არანაკლებ 7 განხრა. მაღალი რეზოლუციის ფერადი (არანაკლებ) TFT LCD 10.4 " ეკრანი. ჩამონტაჟებული ბატარეა.	2	არანაკლებ 12 თვე
2	ლარინგოსკოპის ნაკრები	ბავშვთა, სწორი, ზომა: 0, 1, 2.	1	არანაკლებ 12 თვე
3	ლარინგოსკოპის ნაკრები	ბავშვთა, მოხრილი, ზომა: 0, 1, 2.	1	არანაკლებ 12 თვე
4	ლარინგოსკოპის ნაკრები	მოზრდილთა, მოხრილი, ზომები:	1	არანაკლებ 12 თვე
5	ამბუს პარკი მოზრდილთა	ავტოკლავირებადი, სხვადასხვა ზომის ნაკრები, ანაწყობი შედის ნილაბი, ამბუს პარკი ჰაერგამტარი მილი.	2	არანაკლებ 12 თვე
6	ამბუს პარკი პედიატრიული	ავტოკლავირებადი, სხვადასხვა ზომის ნაკრები, ანაწყობი შედის ნილაბი, ამბუს პარკი ჰაერგამტარი მილი.	2	არანაკლებ 12 თვე
7	ჟანგბადის კონცენტრატორი	ჟანგბადის კონცენტრატორი - წარმადობა არანაკლებ 0-5ლ/წთ, ჟანგბადის კონცენტრაცია არანაკლებ: 96%, წნევა: 0.04- 0.07Mpa	2	არანაკლებ 12 თვე
8	ელექტროამომეჩაჩი	ვაკუუმში: არანაკლებ 0.85 ბარი; გადინება: არანაკლებ 15 ლიტრი/წუთში 1 ცალი 1 ლიტრიანი ავზი.	2	არანაკლებ 12 თვე
9	ჟანგბადის მიქსერი	ატმ. 0-დან 7-მდე აირის და ჟანგბადის შემრევი ბლენდერი O2 კონცენტრაციის დაყენების ფუნქციით, ფლოუმეტრით	2	არანაკლებ 12 თვე