

სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი N2

ქ. თბილისი

27 დეკემბერი 2018 წ.

სატენდერო კომისიის სხდომას ესწრებოდნენ:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე:

მ. წაქაძე

სატენდერო კომისიის წევრები:

გ. მაღლაკელიძე თ. ხორხელი ქ. ზოზიაშვილი

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები:

გ. ბაქრაძე თ. ქავთარაძე ნ. წივილაშვილი

დღის წესრიგი:

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის მიერ, 2019 წლის საკუთარი შემოსავლების ფარგლებში, სამედიცინო სახარჯი მასალების (CPV 33140000) შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ელექტრონული ტენდერში **SPA180009783** ცვლილების შეტანა.

მოისმინეს:

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრის თ. ქავთარაძის ინფორმაცია, რომელმაც კომისიის წევრებს მოახსენა, რომ ელექტრონული ტენდერზე (**SPA180009783**) პრეტენდენტის მიერ დაისვა შეკითხვა ტექნიკურ პარამეტრებთან დაკავშირებით:

26.12.2018 10:55 მიმწოდებელი1 ::

მოგესალმებით.

მისაღებია თუ არა თქვენთვის 3 პოზ.რომ შემოგთავაზოთ ღრუბელი 8სმ*5სმ*1სმ ზომის.


აზრი გამოთქვას:

სატენდერო კომისიამ აღნიშნულ ტექნიკურ პარამეტრების ცვლილებასთან დაკავშირებით გაითვალისწინა პრეტენდენტის მიერ დასმული შეკითხვა და კონკურენციის გაზრდის მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება, შევიდეს ცვლილება ტექნიკური პარამეტრებში და ფასების ცხრილის მესამე პოზიციზე ტექნიკური პარამეტრები ნაცვლად „ ღრუბელი - გაწოვადი, სტერილური ჰემოსტატური ჟელატინის ღრუბელი 7სმX5სმX1სმ“, ჩამოყალიბდეს „ „ ღრუბელი - გაწოვადი, სტერილური ჰემოსტატური ჟელატინის ღრუბელი არანაკლებ 7სმX5სმX1სმ“.

დაადგინეს:

1. სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 და 1.3 პუნქტში შევიდეს ცვლილება (ფასების ცხრილი ოქმს თან ერთვის).
2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს უზრუნველყოს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმის ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე:


 მ. წაქაძე

სატენდერო კომისიის წევრები:

გ. მაღლაკელიძე



თ. ხორხელი



ქ. ზოზიაშვილი




სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები:

გ. ბაქრაძე



ნ. წივილაშვილი

ნ - ნიკი


თ. ქავთარაძე

თ.


ფასების ცხრილი

N	დასახელება	დეტალური მახასიათებლები	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	მოდელი (არსებობის შემთხვევაში)	ვარგისიანობის ვადა მოწოდების დღიდან უნდა იყოს არანაკლებ 1 (ერთი) წელი.	განზომილ ება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულე ბა
1	ჰემოსტაზიური საშუალება (დრუბელი)	ფიბრინოგენი+თრომბინი, ზომა:2.5X3X0.5 სმ					ცალი	150		
2	ჰემოსტაზიური საშუალება (დრუბელი)	ფიბრინოგენი+თრომბინი, ზომა:9.5X4.8X0.5 სმ					ცალი	50		
3	დრუბელი	გაწოვადი, სტერილური ჰემოსტატური ქელატინის დრუბელი არანაკლებ 7სმX5სმX1სმ					ცალი	600		

0

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ შემოთავაზებულ საქონელს არ გააჩნია მოდელი, უნდა მიეთითოს „მოდელი არ აქვს“.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა