

**ტექნიკური
დავალება**

N	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	ტესტ-ჩხირები (ფირფიტა) - ტესტ-ჩხირები (ფირფიტა)- უნდა იყოს თავსებადი Caresens N გლუკომეტრის აპარატთან . დაფასოებული სპეციალურ შესანახ კოლოფებში , 25 ან 50 ცალად	ც	80000
2	სკარიფიკატორი - უნდა იყოს თავსებადი CareSoft გლუკომეტრის აპარატის კალამთან . დაფასოებული 100 ან 200 ცალად .	ც	80000

შენიშვნა: CareSoft გლუკომეტრის აპარატზე თავსებადი ტესტ-ჩხირების (ფირფიტა) და სკარიფიკატორების მიწოდების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უზრუნველყოს 10 ერთეული გლუკომეტრის აპარატის ცენტრისთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადმოცემა, ხოლო ალტერნატიული ტესტ-ჩხირების (ფირფიტა) და სკარიფიკატორების მიწოდების მიზნით, პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს 260 ერთეული გლუკომეტრის აპარატის ცენტრისთვის საკუთრებაში , უსასყიდლოდ გადმოცემა (თან უნდა ახლდეს ე.წ. კალამი).

N	დასახელება
1	გლუკომეტრი --გლუკომეტრი პორტატული , კომპაქტური ზომისა და წონის , გადასატანი ჩანთით, უჩიპო, ავტომატური კოდირებით, ტესტ- ჩხირებით (ფირფიტებით) მომუშავე , გამოსაკვლევი სუბსტრატი - კაპილარული სისხლი , საჭირო სისხლის მოცულობა არა უმეტეს 1 მიკროლიტრისა , გამოკვლევის დრო - არაუმეტეს 10 წამისა , გაზომვის დიაპაზონი - 10-600 მგ /დეცილიტრი , ავტომატური გამორთვა, ბატარეის სიცოცხლის ხანგრძლივობა - 1000 გაზომვა ან 1 წელი, მუშაობის ტემპერატურული რეჟიმი +10 დან +40 გრადუს ცელსიუსამდე , დისპლეი - თხევად კრისტალური . გლუკომეტრზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 1 წლიანისა გარანტიო პერიოდი .