

#	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები მახასიათებელი	განზომილება	რაოდენობა	ფოტონიშნები
1	პაციენტის ტახტი 5 სექციით	ტახტის სიგანე არანაკლებ 69 სმ, შუა სექციის ელექტრო რეგულირებით 0 გრადუსიდან არანაკლებ 24 გრადუსამდე, თავის სექციის არაუმეტეს -70 გრადუსიდან არანაკლებ 40 გრადუსამდე რეგულირებით, ფეხების სექციის რეგულირება არაუმეტეს -12 გრადუსიდან არანაკლებ 90 გრადუსამდე, მბრუნავი მკლავის ჩამოსადებით თავის სექციაში, თავის ჩასადები ხვრელი თავის სექციაში, ტახტის მაქსიმალური დატვირთვა არანაკლებ 200 კგ. ტახტის სიმაღლის რეგულირება არაუმეტეს 54 სმ და არანაკლებ 101სმ. ტახტის სიგრძე არანაკლებ 205 სმ. ტახტი არანაკლებ 4 ფეხით და 4 ბორბლით ცენტრალური ჩაკეტვის სისტემით.	ცალი	3	
2	პაციენტის ტახტი 2 სექციით	ტახტის სიგანე არანაკლებ 120 სმ, თავის სექციის რეგულირებით 0 გრადუსიდან არანაკლებ 85 გრადუსამდე, თავის ჩასადები ხვრელი თავის სექციაში, ტახტის მაქსიმალური დატვირთვა არანაკლებ 200 კგ. ტახტის სიმაღლის რეგულირება ელექტრო ძრავით არაუმეტეს 50 სმ-დან და არანაკლებ 99სმ-მდე. ტახტის სიგრძე არანაკლებ 200 სმ. ტახტი არანაკლებ 4 ფეხით და 4 ბორბლით ცენტრალური ჩაკეტვის სისტემით.	ცალი	3	
3	ტახტი უჯრებით	უნდა გააჩნდეს თავის სიმაღლის რეგულირების საშუალება, ტახტის სიგანე არანაკლებ 60 სმ, სიმაღლე არანაკლებ 60 სმ, სიგრძე არანაკლებ 160სმ, არანაკლებ 2 ცალი უჯრით ტახტის ქვედა ნაწილში.	ცალი	2	