

„...“ „...“ 2019 წელი

ქ. თბილისი

სატენდერო კომისიის და აპარატის წევრები:

- ა) შალვა ბულაშვილი - სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;
- ბ) თეა ხარაზიშვილი - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
- გ) ზვიად ოქროპირიძე - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;
- დ) პოლკოვნიკი იოსებ ლოლაძე - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდალი;
- ე) პოლკოვნიკი გია მჭედლიშვილი - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის J-4 ლოგისტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი;
- ვ) ლაშა ფაიქიძე - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
- ზ) ირაკლი გვასალია - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ფინანსების მართვის დეპარტამენტის ხარისხის კონტროლის სამმართველოს უფროსი;
- თ) გიორგი ხაინდრავა - სატენდერო კომისიის წევრი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;
- ი) მარიტა ნაროზაშვილი - სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, სხდომის მდივანი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.
- მოწვეული პირი: ნინო ქიმაძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის დაჭრილ/დამავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის სამმართველოს ფიზიკური რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი.


დღის წესრიგი:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ, კომპიუტერული სამედიცინო მოწყობილობების (CPV-33100000) შესყიდვის მიზნით გამოსაცხადებულ **NAT190014443** ელექტრონული ტენდერში (აუქციონის გარეშე) მიმწოდებლების მიერ დასმული შეკითხვების განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება.

მოისმინეს და განიხილეს:

სატენდერო კომისიის სხდომაზე მოწვეულმა ნინო ქიმაძემ განიხილა მიმწოდებლების მიერ კითხვა-პასუხის მოდულში დასმული შეკითხვები: "პირველ პოზიციაზე, პარაფინის აპარატზე, მოთხოვნა არის რომ ტემპერატურული კონტროლის დიაპაზონი ჰქონდეს არანაკლებ 45 გრადუსიდან არაუმეტეს 55 გრადუსამდე. მაინტერესებს შესაძლებელი არის თუ არა შემოთავაზება აპარატის რომელსაც აქვს 30 გრადუსიდან 80 გრადუსამდე დიაპაზონი, რომელშიც თავისთავად შედის 45-დან 55 გრადუსამდე დიაპაზონი? ამით ხომ მოხდება პარამეტრების გაუმჯობესება? პარაფინის ბლოკები N 7 პოზიცია მოცემულ ტენდერზე, თუ N1 პოზიცია პარაფინის აბაზანისთვის გინდათ, მაშინ მოთხოვნა არასწორია. 2.5 კგ-იანი ბლოკები არ არსებობს, არსებობს 2.5 კგ-იანი პაკეტი რომელშიც შედგება 5-6 ბლოკისგან. შეიძლება შემოთავაზება მსგავსი ნაკრების? 2.5კგ-იანი თუ არსებობს პაკეტი, მოთხოვნილ აბაზანაში მაინც არ ჩაეტევა." და განაცხად, რომ მე-7 პოზიციაზე მოთხოვნილია 10 ცალი პარაფინი, არანაკლებ 2.5 კგ-იანი, რომელიც შესაძლებელია შემოთავაზებული იყოს პაკეტების სახით. ასევე, განაცხადა, რომ შესაძლებელია პარაფინის აპარატს პარაფინის ტემპერატურის კონტროლის დიაპაზონი ჰქონდეს არანაკლებ 30°C არაუმეტეს 80°C, რაც არ აუარესებს სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

სატენდერო კომისიის სხდომაზე აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი ინფორმაციის გათვალისწინებით უნდა შევიდეს ცვლილება სატენდერო პირობების პროექტის დანართი N1-ში და ფასების ცხრილში შემდეგი სახით:

| # | დასახელება                    | ტექნიკური მახასიათებლები მახასიათებელი                                                                                                                                                                                                                                                       | რეზიმი/მოდელი | საყიდა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | პარაფინის აბრატი              | პარაფინის აბრატი არანაკლებ 4 ლიტრი, პარაფინის ტემპერატურის კონტროლის დიაგნოზიკა არანაკლებ 30°C არაუმეტეს 80°C                                                                                                                                                                                | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | ნეგატოსკოპი LED ნათებით       | რეგულირებადი სივრცის გასაშუქებელი, კრანის ზიგს არანაკლებ 400მმ სიმაღლით და 700მმ სიგრძნით, სიმძლავრე არაუმეტეს 80 ვატები                                                                                                                                                                     | 1             |  <p>Dimensions (D x W x H)<br/>215 x 75 x 110 mm<br/>Power Consumption<br/>80 W<br/>Expected Lamp life time approx.<br/>10,000 hours<br/>Net Weight<br/>0.5 kg</p> <p>World's thinnest (2.4cm),<br/>most homogeneous LED negatoscope!<br/>Very low energy consumption<br/>Expected Lamp life time approx. 100,000 hours</p> |
| 3 | ფეკუალური                     | არანაკლებ კლასი B, მოცულობა არანაკლებ 23 ლიტრი, სტერალიზაციის ტემპერატურა არანაკლებ 121 გრადუსი და არაუმეტეს 134 გრადუსი, ვაკუუმი მოძიის ფუნქციით, ინტეგრირებული თერმული პროტექტორი, არანაკლებ 3 ინჩიანი LCD კრანით უნდა მოქმედებდეს არანაკლებ 3 სხვადასხვა ზიგის შესაფერის ქაღალდის რულონში | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | იმპლანტაციის შესაფერის აბრატი | ტემპერატურის რეგულირების შესაძლებლობით, ტემპერატურის მანქანული კრანით, პაციენტის დიაგნოზიკა 50 გრადუსიდან 200 გრადუსამდე შესაფერის მასალის მქონე ლინი სიგრძნე არანაკლებ 35 სანტიმეტრი                                                                                                        | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | ფლუდოთერაპიის ჩევიზი          | წინა არანაკლებ 2 კილოგრამი                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | ულტრაფონოფორეზის ბალები       | წინა არანაკლებ 5 ლიტრი                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | პარაფინი                      | 1 ცალი წინა უნდა იყოს არანაკლებ 2.5 ჰგ                                                                                                                                                                                                                                                       | 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





კომისიამ ერთხმად დაადგინა:

1. **NAT190014443** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) სატენდერო პირობების პროექტის დანართი N1-ში და ფასების ცხრილში შევიდეს ცვლილება.
2. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება დარჩეს უცვლელი.
3. სატენდერო კომისიის აპარატმა „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების შესაბამისად, უზრუნველყოს წინამდებარე ოქმის, ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) სატენდერო პირობების პროექტის და ხელშეკრულების პროექტის სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე



შალვა ბულაიშვილი

სატენდერო კომისიის წევრი



თეა ხარაჭიშვილი

სატენდერო კომისიის წევრი



ზვიად ოქროპირიძე

სატენდერო კომისიის წევრი



პოლკოვნიკი  
იოსებ ლოლაძე

სატენდერო კომისიის წევრი



პოლკოვნიკი  
გია მჭედლიშვილი

სატენდერო კომისიის წევრი



ირაკლი გვასალია

სატენდერო კომისიის წევრი



ლაშა წაიქიძე

სატენდერო კომისიის წევრი



გიორგი ხაინდრავა

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი



მარიტა ნაროზაშვილი

მოწვეული პირი



ნინო ქიმაძე