

დანართი #1 - ტექნიკური დავალება

N	დასახელება			სასწრაფო დახმარების ავტომობილი
	რაოდენობა (ტექნიკური მოთხოვნები განსაზღვრულია ერთი ერთეული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანისათვის)			შესასყიდი რაოდენობა 15 ერთეული
1	სასწრაფო დახმარების ავტომანქანა მიკროავტობუსის ტიპის ახალი, ექსპლუატაციაში არ მყოფი (დასაშვები მაქსიმალური. გარბენი 1000 კმ) არანაკლებ „euro-5“-ის სტანდარტის			გამოშვების წელი არანაკლებ 2019
2	ავტომობილის ძარა			ერთიანი ძარა
3	ავტომობილის ფერი			თეთრი
4	ხიდების ჩართვა-გამორთვის საშუალება დიფერენციალის ბლოკირება დამადაბლებელი გადაცემა	ან/და	ოთხივე ამძრავი თვალი (ავტომატურად ჩართვადი) (Four-Wheel Drive)	კომპლექტი
5	საჭის ჰიდრო გამაძლერებელი (Power Steering hydraulic)			კომპლექტი
6	ABS სისტემა			კომპლექტი
7	აუცილებელი მოთხოვნა			საკუროს მდგრადობის სისტემა (ESP, ESC ან/და სხვა მსგავსი ფუნქცია)
8	აუცილებელი მოთხოვნა			აუდიო სისტემა რადიო
9	დამცავი ბალიში (აირბაგი) მძღოლის კაბინაში			2 ან მეტი
10	ძრავის სიმძლავრე (არანაკლებ „euro-4“-ის სტანდარტის)			არანაკლებ 125 ცხენის ძალა
11	საწვავის ტიპი			დიზელი
12	საწვავის ავზი			არანაკლებ 70 ლიტრი
13	გადაცემათა კოლოფი 7 (6+1) საფეხურიანი (უკანა სვლის გადაცემის ჩათვლით)			მექანიკა
14	უკანა სალონის სიგრძე			არანაკლებ 3.45 მეტრი
15	უკანა სალონის სიგანე			არანაკლებ 1,7 მეტრი, უკანა თვლების თაღებს შორის სიგანე არანაკლებ 1,35 მეტრი
16	უკანა სალონის სიმაღლე იატაკიდან			არანაკლებ 1,85 მეტრი
17	ძრავის ქვედა ნაწილის დამცავი მეტალის ფარი			კომპლექტი
18	კლირენსი			არანაკლებ 0.15 მეტრი
19	გვერდითი კარის სიგანე პაციენტის კაბინაში (მდებარეობა საჭის საპირისპირო მხარეს) შუშით (შუშის გაღება/ჩაკეტვის ფუნქციით)			არანაკლებ 1.10 მეტრი
20	უკანა კარის სიმაღლე			არანაკლებ 1,50 მეტრი
21	გვერდითი სარკეები ელექტრო მართვით, ასევე მძღოლის სალონში სარკე პაციენტის სალონის დასანახად			კომპლექტი
22	უკანა კარის ღიობის სიგანე			არანაკლებ 1,30 მეტრი
23	კარების რაოდენობა			5
24	უკანა კარის ტიპი			2 (ორი) გვერდზე გასახსნელი
25	პაციენტის კაბინის ყოველ კარზე გათვალისწინებული უნდა იყოს დამჭერი მოწყობილობა, კარის თვითნებურად დახურვის თავიდან ასაცილებლად.			კომპლექტი

26	საბურავები არანაკლებ R16 დიამეტრის. (იგივე ზომის სათადარიგო საბურავის ჩათვლით), ქანჩი ან ბერკეტი	კომპლექტი
27	აკუმულატორი	2 (ორი) ცალი არანაკლებ 90 ამპერის
28	აკუმულატორის სათადარიგო დასამუხტი მოწყობილობა	კომპლექტი
საიმობილიზაციო საშუალებები		
29	საკაცე მიმღები მოწყობილობით, მოზრდილთა, თავისი დაბლითა სადგამით (დამზადებული უჟანგავი ლითონით), სიმაღლის რეგულირების საშუალებით, ამორტიზაციის მექანიზმით. სადგამის სალონი გერდითა მიმართულებით მოძრაობის შესაძლებლობით და (ე.წ. სტრეჩერი;) გასაშლელი, ბორბლებით (ბორბლებზე ჩამკეტი მოწყობილობით), თავისი მიმართულებით, პაციენტის მინიმუმ სამი ღვედით, გათვლილი არანაკლებ 180 კგ.-ზე; ლეიბის ზომები (სიგანე, სიგრძე, სიმაღლე) არანაკლებ 55სმ*200სმ*7სმ. საკაცის სიმაღლე გაშლილ მდგომარეობაში იატაკიდან 75 სმ - 80 სმ; წონა: არაუმეტეს 40 კგ. ასევე სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ გამძლე მასალისაგან დამზადებული	კომპლექტი
30	საკაცის გადასხმის შტატივი (მოხსნა დაყენების ფუნქციით)	1
31	სათადარიგო საკაცე (დასაკეცი, სავარძლის ფორმის მიღების შესაძლებლობით, ბორბლებით და სპეციალური კიბეებზე გადასადგილებელი მოწყობილობით, ბორბლების ჩამკეტებით) კომფორტულად დამაგრებული, მოხსნა-დამაგრებამ არ შეუქმნას დისკომფორტი პაციენტს.	1
32	საიმობილიზაციო ფარი (პაციენტის ღვედების მინიმუმ 3 კომპლექტი და პაციენტის თავის ფიქსატორით) მინიმალური სიგრძე 1.70 მ. დაფიქსირებული ან მოთავსებული პაციენტის სალონში ისე, რომ მოხსნა დამაგრებამ არ შეუქმნას დისკომფორტი პაციენტს. ფარი აღჭურვილი უნდა იყოს ობობას ტიპის ე.წ. "SPIDER"-ის ღვედების კომპლექტით, ტვირთამწეობა არანაკლებ 150 კგ., წონა არაუმეტეს 8კგ.	1
33	ვაკუუმ ლეიბი მოზრდილი პაციენტისთვის. აღჭურვილი ჰაერის ამომქაჩით.	1
სამედიცინო მასალები		
34	ჟანგბადის გაყვანილობა	კომპლექტი
35	ჟანგბადის ბალონი, საფიქსაციო კომპლექტით, რედუქტორის მოსახსნელი ქანჩით და რედუქტორით	ბალონების რაოდენობა და მოცულობა შემსყიდველთან შეთანხმებით, რეანიმობილში ჟანგბადის საერთო მოცულობა არანაკლებ 40 ლიტრისა.
36	ჟანგბადის წნევის რეგულატორი	2
დიზაინი		
37	სალონის თბოიზოლაცია	კომპლექტი
38	წინა და უკანა სალონების გათბობა/გაგრილების დამოუკიდებელი სისტემები, უკანა სალონში ელექტრო მართვის სენსორული სისტემით	კომპლექტი
39	წინა და უკანა სალონის გამყოფი ტიხარი კარის ღიობით. კარების ტიპი: გასაწევი ან კეცვადი. სიგანე შემსყიდველთან შეთანხმებით.	კომპლექტი
40	ცეცხლმაქრი პაციენტის სალონში სამაგრი მოწყობილობით	კომპლექტი
41	იატაკის (ანტიბაქტერიული) წყალმდეგი იზოლაცია ცეცხლგამძლე მასალებისგან დამზადებული, იატაკის საფარი უნდა იყოს მოცურების საწინააღმდეგო და არანაკლებ 5 სმ- ით ახდენდეს გადასვლას კედელსა და კარადებზე	კომპლექტი
42	უკანა და გვერდითი კარები არამსხვრევადი მინით, უკანა კართან დამონტაჟებული უნდა იყოს საფეხური ისე რომ, მედ. პერსონალს უკანა კარიდან არ გაუჭირდეს შესვლა	კომპლექტი

43	უკანა სალონის ინტერიერი (ჭერი, კედლები თაროები) უნდა იყოს დამზადებული, მინაბოჭკოვანი „Fiberglass“ ან/და „ABS Plastic“-ის მასალისგან. უკანა სალონის ინტერიერის მასალები უნდა იყოს ცეცხლგამძლე, თბო, ხმაურის და წყალმდედგი იზოლაციით, ასევე სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ გამძლე მასალისაგან დამზადებული, შეერთების ადგილების ჰიდროიზოლაციით.	კომპლექტი
44	უკანა სალონის მინები ნახევრად გამჭვირვალე საფარით მთელ ფართობზე	კომპლექტი
45	უკანა სალონის ჭერზე დამაგრებული ხელის მოსაკიდი მთელ სიგრძეზე (მყარი კონსტრუქციის)	კომპლექტი
46	გადასხმის სისტემის საკიდი, ჩამოსაკიდი ან ჭერში ჩამონტაჟებული არანაკლებ 5 კგ ტვირთამწეობის	2 კომპლექტი
47	სამედიცინო ნარჩენებისათვის განკუთვნილი ურნა ხუფით, არანაკლებ 5ლიტრი მოცულობის, პაციენტის სალონში სამაგრი მოწყობილობით	კომპლექტი
48	სტაციონალურად დამონტაჟებული ადგილების რაოდენობა წინა სალონში (მძღოლის ჩათვლით) მძღოლის სავარძელი რეგულირებადი, ნაჭრის მოსახსნელი გადასაფარებლები მძღოლის კაბინის სავარძლებისათვის	2
49	უსაფრთხოების ღვედები მძღოლისა და მგზავრებისათვის	კომპლექტი
50	სამედიცინო პერსონალისთვის უკანა სალონში სავარძელი ასაკეცი დასაჯდომით, საკაცის პარალელურად, უსაფრთხოების ღვედით. ტყავის ან ტყავს შემცვლელი მასალით დამზადებული ასევე სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ გამძლე მასალისაგან დამზადებული	1 (ერთი)
51	ექიმის მოძრავი სავარძელი (უნდა შეეძლოს შემობრუნება 90 გრადუსით, ორივე მხარეს სახელურით), უსაფრთხოების ღვედით, განთავსებული უნდა იყოს საკაცის პარალელურად, საკაცის თავის ნაწილთან ტყავის ან ტყავს შემცვლელი მასალით დამზადებული ასევე სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ გამძლე მასალისაგან დამზადებული	1
52	სავარძელი ასაკეცი დასაჯდომით, როტაციულად ბრუნვადი, ისე რომ შესაძლებელი იყოს როგორც წინა სალონის, ასევე პაციენტის სალონის მხარეს დაჯდომა. სავარძელი განლაგებული უნდა იყოს ისე, რომ არ შეუქმნას შეფერხება პერსონალის გადაადგილებას წინა და უკანა სალონებს შორის.	1
ელექტრო დანადგარები, ელექტროსისტემა		
53	სასიგნალო ციმციმა ერთი ერთეული სახურავზე ავტომატური ცაზე დასამაგრებელი ციმციმა დიოდური ნათებით. გარე მინები გამჭვირვალე UV პოლიკარბონატი. ციმციმა 18 ცალი წითელი, ლურჯი და თეთრი ნათების (პროექტორის ფუნქციით) შუქდიოდური მოდულით, თითოეულ მოდულში Gen III ტიპის 4 ცალი 3 ვატიანი შუქდიოდით. 35 სახის ციმციმის რეჟიმის შეცვლის შესაძლებლობით. ციმციმას გააჩნია ანიმაციური მართვის პულტი, ციმციმის რეჟიმის შეცვლის, გვერდითა და შუა თეთრი მაშუქების ჩართვა - გამორთვის, პროექტორის გამაქტიურებელი და მანიშნებელი ისრების ჩართვა-გამორთვის ღილაკებით. სამუშაო ძაბვა - 12 ვოლტი. დაცვის კლასი IP 65. წონა - 9 კგ. ზომები: სიგრძე - 120 სმ, სიგანე - 28 სმ, სიმაღლე სადგამის გარეშე - 3,8 სმ, სადგამით - 9,8 სმ. ციმციმა დამზადებულია ევროპის ბაზრისთვის და გააჩნია ECE R65 და SAEJ845 სერთიფიკატები. LED-დიოდური ტექნოლოგიით, ლურჯ-თეთრ დიოდურ 2 ერთეული წინა მხარეს, 3 ერთეული თითო გვერდზე და 2 ერთეული უკანა ნაწილებში. ჰერმეტიკული შესრულებით, სახურავზე ასევე უკანა ციმციმა (განლაგება დაზუსტდეს შემსყიდველთან).	კომპლექტი
54	კავშირის შესაძლებლობა მძღოლსა და უკანა სალონს შორის (შესაძლებელია შიდა ტელეფონი)	კომპლექტი
55	მეგაფონური სისტემა არანაკლებ 150 ვატი. გამომავალი სიმძლევრე 115 დეციბელი, ხმამაღლამოსაუბრე „დინამიკი“ არანაკლებ 150 ვატი ჩამონტაჟებული ციმციმაში, ან მარის სხვა ნაწილზე. ხმოვანას ცხრა სტანდარტული რეჟიმით, კვების წყარო 12 ვოლტი მუდმივი დენით, მართვის პულტით ინტეგრირებული ციმციმასთან	კომპლექტი
56	სასწრაფო დახმარების შესაბამისი ჭერის განათება თეთრი ნათებით (რომ შესაძლებელი იყოს პაციენტის სასიცოცხლო ნიშნების: კანის ფერი, გუგის რეფლექსი და ა.შ მონიტორინგი)	კომპლექტი

57	წერტილოვანი განათება, ჭერში (საკაცისთვის)	არანაკლებ 2
58	პაციენტის კაბინის განათებისა და გათბობა-გაგრილების მართვის დაფა, დამონტაჟდეს, ისე რომ ჩართვა-გამორთვისას დისკომფორტი არ შეუქმნას პაციენტს	1
59	12-220 სტაბილური ძაბვის ინვენტორი (არანაკლებ 2 KW)	კომპლექტი
60	უკანასვლის ხმოვანი სიგნალი	კომპლექტი
61	წინა და უკანა სანისლე ფარები	კომპლექტი
62	პარკინგ კონტროლის სისტემა, არანაკლებ 4 სენსორით და უკანა ხედვის კამერით.	კომპლექტი
63	უკანა სვლის პროექტორი	1
64	როზეტი 220 ვოლტის	უკანა სალონში არანაკლებ 6 ერთეული (ევროპული სტანდარტის)
65	როზეტი 12 ვოლტის	უკანა სალონში არანაკლებ 4 ერთეული , ხოლო წინა სალონში არანაკლებ 2 ერთეული
66	გარეთა როზეტი შიდა 220 ვოლტიანი ელ.კვების ჩასართველად, დამცავი ხუფით, უნდა იყოს მძღოლის მხარეს ავტომობილის კედელზე დამონტჟებული, შემაერთებული კაბელი 20 მეტრი, რომელიც მოთავსებულია მისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ჩანთაში. გარეთა და შიდა კვების გადართვა უნდა მოხდეს ავტომატურად, არ უნდა არღვევდეს ელექტრო უსაფრთხოების წესებს	1
67	უკანა სალონის ვენტილაცია (ელ. გამწოვი)	კომპლექტი
68	ავტომობილის კარებების ცენტრალური საკეტი, გასაღები პულტით წინა და უკანა სალონების კარებებს უნდა გააჩნდეს გასაღებით გაღების შესაძლებლობა. მძღოლის გამაფრთხილებელი ხმოვანი და ვიზუალური სიგნალი, იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კარები არ არის სრულად დაკეტილი	კომპლექტი
69	საწვავის ავზისხუფი ან ხუფის ღიობი დაკეტვის ფუნქციით	კომპლექტი
70	ვიდეო რეგისტრატორი, დამონტაჟებული მძღოლის კაბინაში, რომელიც უნდა უწყურებდეს წინ სავალ ნაწილს არანაკლებ 150 გრადუსი ხედვის არეალით, მეხსიერება არანაკლებ 60 გბ, მინიმუმ ვიდეოს 24 საათის ჩაწერით, ჩაწერის მინიმალური ხარისხით 1920 X 1080, 30 FPS (სიჩქარით), GPS და WI-Fi ფუნქციით აღჭურვილი.	1
	სამედიცინო აპარატურა და მასალები	

71	ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, მოზრდილთა პედიატრიული და ნეონატალური პაციენტისათვის, სატრანსპორტო, (IPPV, SIMV, CPAP, PEEP, წნევით კონტროლირებადი ხელოვნური სუნთქვის რეჟიმი, რომლის გამოყენების დროსაც ავადმყოფს შეუძლია აწარმოოს დამოუკიდებელი სპონტანური სუნთქვა აპარატული სუნთქვის ნებისმიერი ციკლის დროს) PEEP 0-დან არანაკლებ 20-მდე mBar(cmH20), აკუმულატორით (12W და 220W დასამუხტი მოწყობილობით), მრავალჯერადი ნაკადის სენსორით, ძირითადი და სათადარიგო მრავალჯერადი კონტურით არანაკლებ 1.5 მ. სიგრძის, (კონტური სატესტო ფილტვით, სახის ნიღბით), ექსპლუატაციაში არ მყოფი, მონაცემთა ჩვენების ფერადი ეკრანით (დისპლეი) არანაკლებ 100მმX50მმ (სიგანე, სიმაღლე), რეანიმობილში კედელზე სამაგრი მოწყობილობით, სატრანსპორტო ჩანთით, ჟანგბადის ცენტრალური მილით, ჟანგბადის პორტატული ბალონით. არანაკლებ -18 c-დან +50 c-მდე მუშაობის შესაძლებლობით. ჟანგბადის კონცენტრაციის ჰაერთან შერეული (არაუმეტეს 40%-დან 100%-მდე) და 100% ჟანგბადის მიწოდების რეჟიმების შესაძლებლობით. აკუმულატორით არანაკლებ 5 სთ მუშაობის რეჟიმით, დამუხტვის პერიოდი 5 სთ-მდე, მისი ჟანგბადის მილის გადამყვანები თავსებადი უნდა იყოს მანქანის ჟანგბადის სისტემის და პორტატული ბალონის შესაერთებელთან შესაბამის უნდა გააჩნდეს ISO 10651-3 სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი, უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის მიღებულ EN 1789:2007+A2:2014 დოკუმენტის (სანიტარულ-სატრანსპორტო საშუალებები და მათი აღჭურვილობა - საგზაო სასწრაფო დახმარების მანქანები) თანახმად სატრანსპორტო სუნთქვის აპარატის შესახებ ნორმატიულ მითითებებს. სუნთქვის აპარატს უნდა გააჩნდეს საპერო ტრანსპორტში გამოყენების შესაბამისი სერტიფიკატი.	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)
72	მონიტორი რეანიმაციული, ფერადი ეკრანით, მოზრდილთა, პედიატრიული და ნეონატოლოგიური პაციენტების შესაბამისი ოფციით და აქსესუარებით (პულსოქსიმეტრის სენსორი, წნევის მანქეტები, სხვა აქსესუარები) რეანიმობილის კედელზე ან თაროზე სამაგრი, (ECG, NIBP, SpO2, T, R, P), ე.კ.გ. განხრები: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V-ის ხედვით, აღჭურვილი შესაბამისი ელექტროდების კომპლექტით. სატრანსპორტო, აკუმულატორით (12W და 220W დასამუხტი მოწყობილობით), მუშაობის ხანგრძლივობა აკუმულატორით მინიმუმ 5 სთ. უნდა გააჩნდეს ISO-სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)
73	გარეგანი ბიფაზური დეფიბრილატორი აკუმულატორით, 5-დან 360 ჯოულამდე ენერგიის არჩევის შესაძლებლობით, მოზრდილთა და პედიატრიულ პაციენტთა ინტეგრირებული პედლებით ("paddles"), აკუმულატორით, ფერადი ეკრანით, ECG, SpO2, P მაჩვენებლებით, უნდა გააჩნდეს პეისინგის შესაძლებლობა, აკუმულატორით მუშაობის მინიმუმ 5სთ შესაძლებლობა. უნდა გააჩნდეს ISO-სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი, უნდა გააჩნდეს პაციენტის შესახებ ინფორმაციის ჩაწერის და შენახვის შესაძლებლობა. რეანიმობილის კედელის ან თაროს სამაგრი მოწყობილობით. მოხსნის შესაძლებლობით.	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)
74	ინფუზიური ტუმბო, მოცულობითი, ხსნარის გადასხმისთვის, აკუმულატორით ISO სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი, დამაგრებული რეანიმობილში შესაბამისი სამაგრი, მოხსნის შესაძლებლობით.	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)
75	ინფუზიური ტუმბო (პამპი), 2 შპრიცით აკუმულატორით ISO-სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი. დამაგრებული რეანიმობილში შესაბამისი სამაგრი, მოხსნის შესაძლებლობით.	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)
76	ხსნარის წნევით გადასხმის მოწყობილობა.	1
77	ელექტრო ამომქაჩი, არანაკლებ 1 ლიტრიანი ქილით, არანაკლებ 3 ამოქაჩვის ან უწყვეტი მარეგულირებადი რეჟიმით, აკუმულატორით, საქაჩი მილის სიგრძე არანაკლებ 1.5 მეტრი, უარყოფითი წნევის მაჩვენებლით. ISO-სერტიფიკატი, CE სერტიფიკატი. დამაგრებული რეანიმობილში შესაბამისი სამაგრი, მოხსნის შესაძლებლობით.	1 ცალი (პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანია, მოდელი და გამოშვების წელი)

78	სამედიცინო ჩანთა (ლარიგოსკოპი, პირების ორი სახის კომპლექტი: სწორი და მოხრილი 0,1,2,3,4 ზომებით-კომპლექტი, ამბუს პარკი მოზრდილთა და პედიატრიული, საინტუბაციო მილის პაციენტზე საფიქსაციო მოწყობილობით, მედიკამენტების (ამპულარიუმი) და სამედიცინო დანიშნულების საგნების საცავი)	1
79	ჟანგბადის პორტატული ბალონი 2,0-დან 3-მდე ლიტრის მოცულობის (ნიღბით ან კანულით ჟანგბადის მიწოდებისათვის), რედუქტორით და ნაკადის მარეგულირებლით სატრანსპორტო ჩანთით, პაციენტის სალონში გამოყოფილი ადგილით (ჩასადებით) ან კედელზე სამაგრით, რომ მოძრაობისას არ მოხდეს მისი დაზიანება და სალონში თავისუფლად გადაადგილება. მოხსნა-დაყენებამ არ შეუქმნას პაციენტს დისკომფორტი	2
80	ჟანგბადის მოწყობილობა: ჟანგბადის დანაწილება ფლოუმეტრით, ჟანგბადის დამატენიანებელი ჭიქით. ჟანგბადის როზეტი არანაკლებ 3 (DIN 25 სტანდარტის)	კომპლექტი
81	ქვემო კიდურის სატრექციო არტაშანი	1
82	ჰეინდრიკის ხერხემლის საფიქსაციო არტაშანი	1
83	პორტატული ელექტრო სათავსო-მაცივარი (12 w და 220 w) ტემპერატურული რეჟიმის შესაძლებლობით არანაკლებ -5c –დან +10 c -მდე არანაკლებ 10 ლიტრის მოცულობით. ავტომოზილში მოხსნა- დამაგრების შესაძლებლობით.	კომპლექტი
84	ავტომოზილზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო დახმარების განმასხვავებელი წარწერა/სიმბოლიკა, რომელიც წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. სტიკერი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის შუქდამბრუნებელი ფირით. შუქდამბრუნებელი ფირის ხარისხი და ტიპი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.	კომპლექტი

შენიშვნა:

ყველა კარადა უნდა იყოს ფიქსირებული ერთმანეთზე და სრულად დამაგრებული, რათა შეამციროს ხმაური და უზრუნველყოს შეუფერხებელი გამოყენება. ყველა კარადა მიხრახნული და დამაგრებული უნდა იყოს იატაკზე ან კორპუსზე, რათა შესაძლებელი იყოს მათი მოხსნა იმ შემთხვევაში, თუ ძარაზე სამუშაოები საჭირო გახდება ძირითად სატრანსპორტო საშუალებაზე. კარადები, თაროები, სათავსოები უნდა იყოს ღია ან დახურული, უჯრებიანი, გამოსახსნელი ან გასაწევი კარით, აღჭურვილი ფიქსატორიანი საკეტებით, ორგანული მინის ან მყარი მასალით. საკმარისი ზომის და კონფიგურაციის, რათა უზრუნველყოს ყოველგვარი აუცილებელი აღჭურვილობის, სამედიცინო სახარჯი მასალების და სამედიცინო აპარატურის შენახვა-მოთავსება. ყოველი აღჭურვილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი პერსონალისთვის, დატვირთულ მდგომარეობაში ყოფნის დროსაც კი. კარადები უნდა იხურებოდეს მყარად, საკეტით (საკეტი ფიქსატორით) რათა არ მოხდეს მოძრაობისას მათი უნებლიე გაღება. კარადების, თაროების, სამაგრების და სათავსოების განლაგება და ზომები წინასწარ შეთანხმდეს შემსყიდველთან.