

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტია სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს კუთვნილი ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგის 4 ერთეული ავტომატური სადგურისთვის და 1 ერთეული მობილური ავტომატური სადგურისთვის, ქ. რუსთავის 1 ერთეული ავტომატური სადგურისთვის, ქ. ქუთაისის 1 ერთეული ავტომატური სადგურისთვის და ქ. ბათუმის 1 ერთეული ავტომატური სადგურისთვის საკალიბრო აირების სახელმწიფო შესყიდვა.

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები	რაოდენობა/განზ.	მიწოდების ადგილი
1	საკალიბრო აირი NO (10 ლ)	NO 80-დან 90-მდე ppm, 10 ლიტრიანი ბალონით (წნევა 150 ბარი); დასაშვები ცდომილება: ანალიტიკური - არაუმეტეს 2%, წარმოების - არაუმეტეს 10%; თავსებადი უნდა იყოს: KIMOTO ELECTRIC CO., LTD. წარმოებულ DS-071N მოდელთან;	3 ცალი	- ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი - #1 სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი - #2 სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილის, ვარკეთილი 3, I მკრ-ნი, მე-2 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია - #3 სადგური (1 ბალონი).
2	საკალიბრო აირი SO2 (10 ლ)	SO2 80-დან 90-მდე ppm, 10 ლიტრიანი ბალონით (წნევა 150 ბარი); დასაშვები ცდომილება: ანალიტიკური - არაუმეტეს 2%, წარმოების - არაუმეტეს 5%; თავსებადი უნდა იყოს: KIMOTO ELECTRIC CO., LTD. წარმოებულ DS-071S მოდელთან;	3 ცალი	- ქ. თბილის, აკაკი წერეთლის გამზირი - #1 სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილის, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი - #2 სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილის, ვარკეთილი 3, I მკრ-ნი, მე-2 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია - #3 სადგური (1 ბალონი).
3	საკალიბრო აირი CO (10 ლ)	CO 8-დან 9-მდე ppm, 10 ლიტრიანი ბალონით (წნევა 150 ბარი); დასაშვები ცდომილება: ანალიტიკური - არაუმეტეს 4%, წარმოების - არაუმეტეს 5%; თავსებადი უნდა იყოს: KIMOTO ELECTRIC CO., LTD. წარმოებულ CA-751 მოდელთან;	6 ცალი	- ქ. თბილის, აკაკი წერეთლის გამზირი - #1 სადგური (2 ბალონი); - ქ. თბილის, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი - #2 სადგური (2 ბალონი); - ქ. თბილის, ვარკეთილი 3, I მკრ-ნი, მე-2 კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია - #3 სადგური (2 ბალონი).
4	საკალიბრო აირი NO (10 ლ)	450 ppb – 10 ლიტრიანი ბალონი. 150 ბარზე დატენილი; თავსებადი უნდა იყოს: Teledyne API-ის წარმოებულ T-204 მოდელთან; თავსებადი უნდა იყოს: ENVEA-ს წარმოებულ - AC32e მოდელთან;	5 ცალი	- ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, მობილური სადგური (1 ბალონი); - ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 73ა "ილიას ბაღი"(1 ბალონი); - ქ.რუსთავი, ბათუმის ქ. 19 (1 ბალონი); - ქ.ქუთაისი, ირაკლი ასათიანის ქ. 98 (1 ბალონი); - ქ.ბათუმი, აბუსერიძის ქ.1 (1 ბალონი);

5	საკალიბრო აირი SO2 (10 ლ)	450 ppb – 10 ლიტრიანი ბალონი. 150 ბარზე დატენილი; თავსებადი უნდა იყოს: Teledyne API-ის წარმოებულ T-100 მოდელთან; თავსებადი უნდა იყოს: ENVEA-ს წარმოებულ - AF22e მოდელთან;	5 ცალი	- ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, მობილური სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 73ა "ილიას ბაღი" (1 ბალონი); - ქ. რუსთავი, ბათუმის ქ. 19 (1 ბალონი); - ქ. ქუთაისი, ირაკლი ასათიანის ქ. 98 (1 ბალონი); - ქ. ბათუმი, აბუსერიძის ქ. 1 (1 ბალონი);
6	საკალიბრო აირი CO (10 ლ)	20 ppm – 10 ლიტრიანი ბალონი. 150 ბარზე დატენილი; თავსებადი უნდა იყოს: Teledyne API-ის წარმოებულ T-300U და T-300 მოდელებთან; თავსებადი უნდა იყოს: ENVEA -ს წარმოებულ-CO12e მოდელთან;	5 ცალი	- ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, მობილური სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 73ა "ილიას ბაღი" (1 ბალონი); - ქ. რუსთავი, ბათუმის ქ. 19 (1 ბალონი); - ქ. ქუთაისი, ირაკლი ასათიანის ქ. 98 (1 ბალონი); - ქ. ბათუმი, აბუსერიძის ქ. 1 (1 ბალონი);
7	ნულოვანი აირი (10 ლ) (O2 = 20% - 22%)	10 ლიტრიანი ბალონი. 150 ბარზე დატენილი; თავსებადი უნდა იყოს: Teledyne API-ის წარმოებულ T-204 , T-100, T-300U და T-300 მოდელებთან; თავსებადი უნდა იყოს: ENVEA -ს წარმოებულ AC32e, AF22e და CO12e მოდელებთან;	5 ცალი	- ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზ. N6, მობილური სადგური (1 ბალონი); - ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 73ა "ილიას ბაღი" (1 ბალონი); - ქ. რუსთავი, ბათუმის ქ. 19 (1 ბალონი); - ქ. ქუთაისი, ირაკლი ასათიანის ქ. 98 (1 ბალონი); - ქ. ბათუმი, აბუსერიძის ქ. 1 (1 ბალონი);

აუცილებელი პირობა:

1. პრეტენდენტმა შესყიდვის ობიექტის მოწოდება უნდა განახორციელოს სპეციალური უსაფრთხო (შემოწმებული) რეზერვუარებით (ბალონებით), რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ სტანდარტებს;
2. პრეტენდენტის მიერ მოწოდებულ შესყიდვის ობიექტს უნდა გააჩნდეს მწარმოებლის მიერ გაცემული ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

ზემოაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის გარეშე შესყიდველი არ განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიღებას;
3. პრეტენდენტის მიერ მოწოდებულ კალიბრირების ბალონებზე (აირის რეზერვუარებზე) მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია არანაკლებ 1 (ერთი) წელი;
4. ბალონების მიერთებას ხელსაწყოებზე განახორციელებს სააგენტოს თანამშრომელი და აღნიშნული სამუშაოების ჩატარებას უნდა ესწრებოდეს პრეტენდენტის წარმომადგენელი, რომელიც ვალდებულია განახორციელოს ყველა ღონისძიება თავსებადობისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს ბალონების მიერთებისთვის შესაბამისი გადამყვანის მოწოდება, რომელიც დამზადებული უნდა იყოს უჟანგავი ფოლადისგან;
5. პრეტენდენტი ვალდებულია ბალონის ექსპლუატაციის პერიოდში ხარვეზის (არასათანადო სისუფთავე, წნევა) აღმოჩენის შემთხვევაში შეცვალოს ბალონი არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეში;

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----

