

№	დასახელება	მახასიათებლები	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	მოწოდების ვადები
1	ფალკონის 50 მლ სინჯარა	მასალა: პოლიპროპილენი - თავსახური: ხრახნიანი - გამჭვირვალე - მოცულობა: 50 მლ - დიამეტრი: 30 მმ - სიგრძე: 115 მმ - გრადუირებული- განსხვავებული ფერის დანაყოფებით; აუცილებელია - დაყოფა: 2.5/5მლ გრადუირებით - გამძლეობა: 9400გ ცენტრიფუგის ფარდობითი ძალა (RCF) - სტერილური - კონუსისებრი ძირი (დამოუკიდებლად არ იდგმება)- შეფუთვის ფორმა სასურველია : 25 ცალიანი განკუთვნილი კლინიკური მასალის კონცენტრირებისთვის მიკრობიოლოგიური- კულტურალური გამოკვლევისას და ასევე ფილტვგარეშე მასალის კონცენტრაციული მეთოდით გამოკვლევისათვის.	ცალი	22100	2020 წლის განმავლობაში
2	ნილაბი/რესპირატორი N95	რესპირატორის სახეობა ფილტრის კლასი: - N 95; - FFP3 მხოლოდ ეს ფილტრის კლასი შეიძლება გამოვიყენოთ ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის; ზომა: უნივერსალური; ფორმა: ჭიქისებრი (cup-shaped) ფიქსირებული, დაკეცვის უნარის გარეშე. მოხმარების ხანგრძლივობა: მინიმუმ კუმულაციური 8 საათი რესპირატორის შემადგენელი ნაწილები: 1. ფილტრი:- სითხეების და მყარი ნაწილაკების მიმართ მდგრადი. - 0.3 მიკრონი ზომის ნაწილაკების მინიმუმ 95% ფილტრაციის უნარით ან - 0.3 მიკრონი ზომის ნაწილაკების შიდა გაჟონვის მაქსიმუმ 6 % - რესპირატორის შიდა მხარის მასალა: ანტიალერგიული. 2. თავზე მომჭერი თასმები: - ორი ცალი, - ბრტყელი ელასტიური რეზინი - არ უნდა შეიცავდეს ლატექსს.- რეგულირების გარეშე - თითოეული მხარეს თასმების ფილტრთან მიმაგრების ორი სხვადასხვა წერტილით. 3. ცხვირის მომჭერი: - სტანდარტული, რკინის, - დაფიქსირებული ფილტრის გარე ზედაპირზე, შიდა ზედაპირის მხარეს ქსოვილის დამატებითი დამცავი ფენით 4. ამოსასუნთქი კლაპანი: - არა; შეფუთვის ფორმა:- კომპლექტი , - კომპლექტის შემცველობა 10 ან 20 ცალი. ამერიკული NIOSH 42 CFR 84 სტანდარტი ან ევროპული CEN 149 : 2001 სტანდარტი.	ცალი	5280	2020 წლის განმავლობაში