

გადაგზავნილი

1	ეა-17 3029694
---	---------------

3	თებერვალი	2020
---	-----------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	02	მარტი	2020
---	----	-------	------

გამოწერის თარიღი  
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5	გამყიდველი
---	------------

5.1	4	0	4	9	1	7	3	2	8		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს ეი-ბი ემ
-----	--------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6	მყიდველი
---	----------

6.1	2	0	4	8	5	2	0	8	9		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრი"
-----	--

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
7500 რეალური დრო PCR სისტემა, ს / ნ 275002417, 7500 Real Time PCR System, ს/ნ 275008900, Genetic Analyzer 3500, ს/ნ 24157-111, Genetic Analyzer 3500, ს/ნ 26196-130	მომსახურება		22299,0000	3401,5400	0,0000
		სულ	22299,0000	3401,5400	0,0000

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.



## მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

02 მარტი 2020 წ.

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი შედგა მასზედ, რომ 2019 წლის 01 მარტის #83 ხელშეკრულების საფუძველზე, ერთის მხრივ შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის წარმომადგენელი ~~.....~~ *საგახაია*, ხოლო მეორეს მხრივ ს.ს.ი.პ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, ხარისხის კონტროლის კოორდინატორი, თამარ გიორხელიძე, ადასტურებენ, შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის მიერ ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით მოცემული, ბიუროს ბალანსზე რიცხული ხელსაწყოების საგარანტიო სერვისული მომსახურების გაწევას თანდართული დანართების შესაბამისად, საერთო ღირებულებით 22,299.00 (ოცდაორი ათას ორას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი.

ვინაიდან, ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1.3 პუნქტის თანახმად დაზიანებული ლაზერის GA 3500, S/N 24157-111-ის შეკეთება მხარეთა მიერ 2019 წლის 18 ნოემბერს გაფორმებული #15290 შემოწმების ოქმის თანახმად უნდა განხორციელებულიყო 30 დღის ვადაში - არაუგვიანეს 18 დეკემბრისა, ხოლო შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის მიერ აღნიშნული ლაზერის შეკეთება განხორციელდა 66 დღის დაგვიანებით - 2020 წლის 22 თებერვალს, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის 12.1 პუნქტის თანახმად, ყოველი დაგვიანებული დღისათვის პირგასამტეხლო შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 0.03%-ს, რაც ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეადგენს 26.76 (ოცდაექვსი ლარი და 76 თეთრი) ლარს ( $89\ 196 \times 0,03\% = 26.76$ ), ხოლო პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 66 დაგვიანებული დღისათვის შეადგენს 1,766.16 (ერთი ათას შვიდას სამოცდაექვსი ლარი და 16 თეთრი) ლარს ( $26.76 \times 66 = 1766.16$ ).

ასევე, ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.3.1 პუნქტის თანახმად დაზიანებული მეორე ლაზერის GA 3500 S/N 26196-130-ის შეკეთება მხარეთა მიერ 2019 წლის 28 ნოემბერს გაფორმებული #15289 შემოწმების ოქმის თანახმად უნდა განხორციელებულიყო 30 დღის ვადაში - არაუგვიანეს 28 დეკემბრისა, ხოლო შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის მიერ აღნიშნული ლაზერის შეკეთება განხორციელდა 30 დღის დაგვიანებით - 2020 წლის 27 იანვარს, ხელშეკრულების მე-12 მუხლის 12.1 პუნქტის თანახმად, ყოველი დაგვიანებული დღისათვის პირგასამტეხლო შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 0.03%-ს, რაც ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეადგენს 26.76 (ოცდაექვსი ლარი და 76 თეთრი) ლარს ( $89\ 196 \times 0,03\% = 26.76$ ), ხოლო პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა 30 დაგვიანებული დღისათვის შეადგენს 802.80 (რვაასორი ლარი და 80 თეთრი) ლარს ( $26.76 \times 30 = 802.80$ ).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მხარეები ვთანხმდებით, რომ შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის მიერ ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში, მეოთხე ეტაპით გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან ანაზღაურებას ექვემდებარება 19,730.04 (ცხრამეტ ათას შვიდასოცდაათი ლარი და 04 თეთრი) ლარი (22,299.00 – 1766.16-802.80=19,730.04) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ არანაირი პრეტენზია არ გააჩნიათ, რასაც ვადასტურებთ ხელისმოწერით.

შ.პ.ს „ეი ბი ემ“-ის წარმომადგენელი  
  
-----  


ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის  
უფროსის მოადგილე, ხარისხის კონტროლის კოორდინატორი  
  
-----  
თამარ გიორხელიძე  


**From:** Tamar Giorkhelidze  
**Sent:** Thursday, November 14, 2019 5:36 PM  
**To:** Info ABM  
**Cc:** Nino Kochiashvili; Giorgi Mumladze  
**Subject:** გენეტიკური ნალიზატორი

ბატონო რამაზ,

თქვენს მიერ ჩატარებული სადიაგნოსტიკო სამუშაოების საფუძველზე დადგინდა, რომ ბიუროს კუთვნილი გენეტიკური ანალიზატორი, GA 3500 - S/N 24157-111, საჭიროებს ლაზერული სისტემის შეცვლას.

გთხოვთ, ხელსაწყოს გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მოზნით, მოახდინოთ საჭირო დეტალების მოწოდება და სათანადო საინჟინრო მომსახურების გაწევა.

წინასწარ გმადლობთ გაწეული სამსახურისთვის,

]

პატივისცემით,

Tamar Giorkhelidze  
Deputy Head of Forensic Biology Department

National Forensics Bureau



84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia  
Office: +995322258484 (1701)  
Mobile: +995577344401  
[www.expertiza.gov.ge](http://www.expertiza.gov.ge)



თბილისი  
 18/11/2019

## შემოწმების ოქმი #15290

2019 წლის 14 ნოემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს „ეი-ბი ემ“ –ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ გენეტიკურ ანალიზატორს GA 3500 (S/N 24157-111) ჩაუტრდა დიაგნოსტიკა. დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა, რომ შესაცვლელია აპარატის ლაზერი.

მოცემული მომენტისთვის აღნიშნული ლაზერი შეკვეთილია და ადგილზე იქნება 30 დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც დაუყოვნებლივ განხორციელდება ლაზერის შეცვლა და აპარატის გამართვა.

აქტი შედგენილია 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს „ეი-ბი ემ“ –ის სერვისის განყოფილების უფროსი / ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური სასამართლო ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /



/ თამარ გიორხელიძე /





თბილისი  
 17/12/2019

## შეკეთების ოქმი #171219

2019 წლის 14 ნოემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს “ეი ბი ემ” – ის ტექნიკური განყოფილების მიერ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ გენეტიკურ ანალიზატორს GA 3500 (S/N 24157-111) ჩაუტარდა დიაგნოსტიკა, რაზედაც 2019 წლის 18 ნოემბერს შედგა შემოწმების ოქმი, რის შემდეგაც, გამომდინარე იქიდან, რომ მწარმოებლის მხრიდან მოხდა ლაზერის გამოგზავნის შეფერხება, დროებით შეკეთდა არსებული ლაზერი და მოხდა ლაზერული სხივის კალიბრაცია. სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებულ იქნა ქანჩის გასადები, ლაზერის ენერჯის მზომი OPHIR NOVA II და ოპტიკის გასასწორებელი ნაკრები. გამოყენებული დეტალების საბაზრო ღირებულება შეადგენს 3750 ლარს, რაზედაც მხარეთა შორის 2019 წლის 1 მარტს გაფორმებული # 83 ხელშეკრულების მე-6.2 მუხლის თანახმად ვრცელდება 2 - წლიანი საგარანტიო პერიოდი.

დღევანდელი მდგომარეობით აპარატი არის მუშა მდგომარეობაში, რომელიც საჭიროებს ლაზერის შეცვლას.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

შპს “ეი-ბი ემ” –ის სერვისის  
 განყოფილების უფროსი



/ რამაზ შიომცილი /

ეროვნული ბიუროს სასამართლოს  
 ბიოლოგიური

ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე



/ თამარ გიორგენიძე /

**From:** Tamar Giorkhelidze  
**Sent:** Wednesday, November 27, 2019 7:20 PM  
**To:** 'Info ABM'  
**Subject:** GA 3500

ბატონო რამაზ,

თქვენს მიერ ჩატარებული სადიაგნოსტიკო სამუშაოების საფუძველზე დადგინდა, რომ ბიუროს კუთვნილი გენეტიკური ანალიზატორი, GA 3500 - S/N 226196-130, საჭიროებს ლაზერული სისტემის შეცვლას.

გთხოვთ, ხელსაწყოს გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მოზნით, მოახდინოთ საჭირო დეტალების მოწოდება და სათანადო საინჟინრო მომსახურების გაწევა.

წინასწარ გმადლობთ გაწეული სამსახურისთვის,

]

პატივისცემით,

Tamar Giorkhelidze  
Deputy Head of Forensic Biology Department

National Forensics Bureau



84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia  
Office: +995322258484 (1701)  
Mobile: +995577344401  
[www.expertiza.gov.ge](http://www.expertiza.gov.ge)



28/11/2019

თბილისი

## შემოწმების ოქმი #15289

2019 წლის 27 ნოემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს „ეი-ბი ემ“ –ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ გენეტიკურ ანალიზატორს GA 3500 (S/N 26196-130) ჩაუტარდა დიაგნოსტიკა. დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა, რომ შესაცვლელია აპარატის ლაზერი.

მოცემული მომენტისთვის აღნიშნული ლაზერი შეკვეთილია და ადგილზე იქნება 30 დღის განმავლობაში, რის შემდეგაც დაუყოვნებლივ განხორციელდება ლაზერის შეცვლა და აპარატის გამართვა.

აქტი შედგენილია 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს „ეი-ბი ემ“ –ის სერვისის განყოფილების უფროსი

ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური სასამართლოს ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /



/ თამარ გიორხელიძე /





**From:** Tamar Giorkhelidze  
**Sent:** Monday, December 02, 2019 5:58 PM  
**To:** Info ABM  
**Cc:** Nino Kochiashvili; Giorgi Mumladze  
**Subject:**

ბატონო რამაზ,

გაცნობებთ, რომ მწყობრიდან გამოვიდა ბიუროს კუთვნილი გენეტიკური ანალიზატორის, GA 3500 - S/N 226196-130-ის, ჩამრთველი ღილაკი.

გთხოვთ, ხელსაწყოს გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მოზონით, მოახდინოთ სათანადო საინჟინრო მომსახურების გაწევა.

წინასწარ გმადლობთ გაწეული სამსახურისთვის,  
]  
პატივისცემით,

Tamar Giorkhelidze  
Deputy Head of Forensic Biology Department

National Forensics Bureau



84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia  
Office: +995322258484 (1701)  
Mobile: +995577344401  
[www.expertiza.gov.ge](http://www.expertiza.gov.ge)



თბილისი

03/12/2019

## შემოწმების ოქმი #15293

2019 წლის 02 დეკემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს „ეი-ბი ემ“-ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას GA 3500 (S/N 26196-130) ჩაუტარდა სრული დიაგნოსტიკა დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა: ანალიზატორის ჩამრთველი ღილაკის დაზიანება. ინჟინერმა აღმოფხვრა დაზიანებასთან დაკავშირებული პრობლემა.

აპარატი კვლავ რჩება გაუმართავ მდგომარეობაში ლაზერის დაზიანების გამო. ლაზერის შეცვლა ჩვენი მხრიდან მოხდება შეთანხმებულ ვადაში.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს „ეი-ბი ემ“-ის სერვისის განყოფილების უფროსი

ეროვნული ბიუროს სასამართლოს ბიოლოგიური ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /

/ თამარ გიორბელიძე /



**From:** Tamar Giorkhelidze  
**Sent:** Friday, December 13, 2019 3:37 PM  
**To:** Info ABM  
**Cc:** Nino Kochiashvili; Giorgi Mumladze  
**Subject:** RT-PCR

ბატონო რამაზ,

გაცნობებთ, რომ ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას ABI 7500, დაზიანებული აქვს 96 ფოსოიანი თეფშის მოძრავი ბაქნის დამაფიქსირებელი მექანიზმი. გთხოვთ, ხელსაწყოს გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მოზნით, მოახდინოთ სათანადო საინჟინრო მომსახურების გაწევა.

წინასწარ გმადლობთ გაწეული სამსახურისთვის,

პატივისცემით,

Tamar Giorkhelidze  
Deputy Head of Forensic Biology Department

National Forensics Bureau



84 Chavchavadze ave., Tbilisi 0162, Georgia  
Office: +995322258484 (1701)  
Mobile: +995577344401  
[www.expertiza.gov.ge](http://www.expertiza.gov.ge)



თბილისი  
17/12/2019

## შეკეთების ოქმი #171219-01

2019 წლის 13 დეკემბრის შეტყობინების საფუძველზე შპს “ეი ბი ემ” – ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას ABI 7500 ჩაუტრდა სრული დიაგნოსტიკა. დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა რომ, დაზიანებული აქვს 96 ფოსოიანი თეფშის მოძრავი ბაქნის დამაფიქსირებელი მექანიზმი. აღნიშნული დაზიანება აღმოფხვრილ იქნა. გამოიცვალა კარის საკეტი მექანიზმი. გამოყენებული დეტალების საბაზრო ღირებულება შეადგენს 1300 ლარს, რაზედაც მხარეთა შორის 2019 წლის 1 მარტს გაფორმებული # 83 ხელშეკრულების მე-6.2 მუხლის თანახმად ვრცელდება 2 - წლიანი საგარანტიო პერიოდი.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს “ეი-ბი ემ” –ის სერვისის ეროვნული ბიუროს სასამართლოს ბიოლოგიური განყოფილების უფროსი ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /



/ თამარ გიორგენიძე /





თბილისი  
06/02/2020

## შემოწმების ოქმი #2020/02-014

2020 წლის 6 თებერვალს შპს “ეი ბი ემ” – ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, გეგმიური შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას ABI 7500 (S/N 275008900) ჩაუტრდა სრული დიაგნოსტიკა. დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა, რომ აპარატი არის გამართული მუშა მდგომარეობაში.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს “ეი-ბი ემ” –ის სერვისის განყოფილების უფროსი      ეროვნული ბიუროს სასამართლოს ბიოლოგიური ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

  
/ რამაზ შიოშვილი /  


  
/ თამარ გიორგიშვილი /  


**Engineer Report**

**S/N: 2020/02-014**

Comp./Uni.: <b>Levan Samkharauli National Forensics Bureau</b>	User: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>	Contact: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>
Inst./FB:		
Dept.:	Telephone: <b>577344401</b>	Telephone: <b>577344401</b>
Str.: <b>84 Ilia Chavchavadze Avenue</b>	Fax:	Model-No.: <b>PCR 7500</b>
Zip/City: <b>TBILISI</b>	Client-No.:	Serial-No.: <b>275008900</b>
Purchase Order No.:	E-mail: <b>tgiorkhelidze@expertiza.gov.ge</b>	

Invoice Address: Your local office: **LTD „ABM“ Georgia, Tbilisi, Vazha-Fshavela II block, build. #31**

I confirm that this system is free from micro biological; radioactive and chemical hazards.

Name
Date
Signed

Contract No.:	Date / Report:	Start:	End:
---------------	----------------	--------	------

Reason for Visit  
**INSTRUMENT CALIBRATION**

Fault description:  
Описание неисправности:  
Action taken: **PCR 7500 S/N: 275008900** Start description:

**ALL CALIBRATIONS: ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYES:( FAM, VIC, JOE, ROX, NED, TAMRA, SYBR GREEN, CY3, CY5, TEXAS RED) HAS BEEN DONE AND PASSED, ACCORDING TO SPECS, APPLIED BIOSYSTEMS PCR 7500 SERVICE MANUAL AND STANDARD.**

Short description: FSE :  Service Supplement Country code

Part Number	Description	Qty	Warranty	Billable	Contract	Total Price

Warranty	<input type="checkbox"/>	Service	<input type="checkbox"/>	Recall	<input type="checkbox"/>	Travel zone:	Travel Expense
Billable		Maintenance	<input type="checkbox"/>	Sales	<input type="checkbox"/>	Travel time	Hours worked
Update	<input type="checkbox"/>	Contract	<input type="checkbox"/>	Demo Unit	<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
Installation	<input type="checkbox"/>	Upgrade	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
							h. Date
Name print							h. Date
<b>RAMAZI SHIOSHVILI</b>							h. Date
Service Engineer						Status done:	Intermediate Sum
						<input checked="" type="checkbox"/> Yes	% VAT
Customer	<b>თამარ გიორხელიძე</b>	Date	<b>06.02.2020</b>			<input type="checkbox"/> No	Final Sum



Customer   
  Engineer   
  Service Admin   
  OP   
  Accounting



თბილისი  
06/02/2020

## შემოწმების ოქმი #2020/02-013

2020 წლის 6 თებერვალს შპს “ეი ბი ემ” – ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, გეგმიური შემოწმების მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას ABI 7500 (S/N 275002417) ჩატრდა სრული დიაგნოსტიკა. დიაგნოსტიკის შედეგად დადგინდა, რომ აპარატი არის გამართული მუშა მდგომარეობაში.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს “ეი-ბი ემ” –ის სერვისის  
განყოფილების უფროსი

  
/ რამაზ შიოშვილი /



ეროვნული ბიუროს სასამართლოს ბიოლოგიური  
ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

  
/ თამარ გოტხელიძე /



## Engineer Report

S/N: 2020/02-013

Comp./Uni.: <u>Levan Samkharauli National Forensics Bureau</u>	User: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>	Contact: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>
Inst./FB:		
Dept:	Telephone: <b>577344401</b>	Telephone: <b>577344401</b>
Str.: <b>84 Ilia Chavchavadze Avenue</b>	Fax:	Model-No.: <b>PCR 7500</b>
Zip/City: <b>TBILISI</b>	Client-No.:	Serial-No.: <b>275002417</b>
Purchase Order No.:	E-mail: <b>tgiorkhelidze@expertiza.gov.ge</b>	
Invoice Address:	Your local office: <b>LTD „ABM“ Georgia, Tbilisi, Vazha-Fshavela II block, build. #31</b>	

I confirm that this system is free from micro biological; radioactive and chemical hazards.

Name
Date
Signed
Start:
End:


Contract No.:	Date / Report:	Start:	End:
---------------	----------------	--------	------

Reason for Visit  
**INSTRUMENT CALIBRATION**

Fault description:  
Описание неисправности:  
Action taken:  
**PCR 7500 S/N: 275002417**

Start description:

**ALL CALIBRATIONS: ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYES:( FAM, VIC, JOE, ROX, NED, TAMRA, SYBR GREEN, CY3, CY5, TEXAS RED) HAS BEEN DONE AND PASSED, ACCORDING TO SPECS, APPLIED BIOSYSTEMS PCR 7500 SERVICE MANUAL AND STANDARD.**

Short description:	FSE :	<input type="checkbox"/> Service Supplement	Country code				
Part Number	Description	Qty	Warranty	Billable	Contract	Total Price	
Warranty	<input type="checkbox"/> Service	<input type="checkbox"/> Recall	<input type="checkbox"/> Travel zone:	Travel Expense			
Billable	<input type="checkbox"/> Maintenance	<input type="checkbox"/> Sales	<input type="checkbox"/> Travel time	Hours worked			
Update	<input type="checkbox"/> Contract	<input type="checkbox"/> Demo Unit		h.	h.	Date	
Installation	<input type="checkbox"/> Upgrade	<input type="checkbox"/>		h.	h.	Date	
				h.	h.	Date	
Name print	<b>RAMAZI SHIOSHVILI</b>					h.	Date
Service Engineer						h.	Date
Customer	<b>თამარ გიორხელიძე</b>	Date	Status done:		Intermediate Sum		
			<input checked="" type="checkbox"/> Yes		% VAT		
			<input type="checkbox"/> No		Final Sum		
		<input type="checkbox"/> Customer	<input type="checkbox"/> Engineer	<input type="checkbox"/> Service Admin	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Accounting	







თბილისი

27/01/2020

## შეკეთების ოქმი #20201

2019 წლის 27 ნოემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს „ეი ბი ემ“-ის ტექნიკური განყოფილების მიერ, 28 ნოემბერს (შემოწმების ოქმი #15289) განხორციელებული შემოწმების დროს დაადგინა, რომ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ პჯრ სისტემას GA 3500 (S/N 26196-130) დაზიანებული ჰქონდა ლაზერი და საჭიროებდა შეცვლას. აღნიშნული სამუშაო უნდა ჩატარებულიყო შემოწმებიდან 30 დღეში - 2019 წლის 28 დეკემბრამდე, რაც ვერ მოხერხდა ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო - საჭირო ლაზერი მწარმოებელს არ გააჩნდა საწყობში.

ზემოაღნიშნული ლაზერის შეცვლა მოხდა 2020 წლის 27 იანვარს. მისი საბაზრო ღირებულება შეადგენს 15000 აშშ დოლარს, რაზედაც მხარეთა შორის 2019 წლის 1 მარტს გაფორმებული #83 ხელშეკრულების მე-6.2 მუხლის თანახმად ვრცელდება 2 - წლიანი საგარანტიო პერიოდი.

დღევანდელი მდგომარეობით აპარატი არის გამართულ მუშა მდგომარეობაში.

აქტი დგება 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

მხარეები:

შპს „ეი-ბი ემ“ –ის სერვისის  
განყოფილების უფროსი

ეროვნული ბიუროს სასამართლოს ბიოლოგიური  
ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /



/ თამარ გიორბელიძე /



**Engineer Report**

**S/N: 2020/02-003**

Comp./Uni.: <b>Levan Samkharauli National Forensics Bureau</b>	User: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>	Contact: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>
Inst./FB:		
Dept.:	Telephone: <b>577344401</b>	Telephone: <b>577344401</b>
Str.: <b>84 Ilia Chavchavadze Avenue</b>	Fax:	Model-No.: <b>GA 3500</b>
Zip/City: <b>TBILISI</b>	Client-No.:	Serial-No.: <b>26196-130</b>
Purchase Order No.:	E-mail: <b>tgiorkhelidze@expertiza.gov.ge</b>	

Invoice Address: \_\_\_\_\_  
Your local office: **LTD „ABM“ Georgia, Tbilisi, Vazha-Fshavela II block, build. #31**

I confirm that this system is free from micro biological; radioactive and chemical hazards.	Name	
	Date	Signed
Contract No.:	Date / Report:	Start: _____ End: _____

Reason for Visit **INSTRUMENT CALIBRATION**

Fault description:  
Описание неисправности:  
Action taken: \_\_\_\_\_

Start description:

**GA 3500 S/N: 26196-130**

**LASER HAS BEEN CHANGED; SYSTEM CHECK, SPATIAL AND SPECTRAL CALIBRATION PASSED ACCORDING TO SPECS.**

Short description: \_\_\_\_\_ FSE : \_\_\_\_\_  Service Supplement \_\_\_\_\_ Country code \_\_\_\_\_

Part Number	Description	Qty	Warranty	Billable	Contract	Total Price

Warranty	<input type="checkbox"/>	Service	<input type="checkbox"/>	Recall	<input type="checkbox"/>	Travel zone:	Travel Expense
Billable		Maintenance	<input type="checkbox"/>	Sales	<input type="checkbox"/>	Travel time	Hours worked
Update	<input type="checkbox"/>	Contract	<input type="checkbox"/>	Demo Unit	<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
Installation	<input type="checkbox"/>	Upgrade	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
							h. Date
Name print	RAMAZI SHIQSHVILI						h. Date
							h. Date
Service Engineer	 					Status done:	Intermediate Sum
						<input checked="" type="checkbox"/> Yes	% VAT
Customer	თამარ გიორხელიძე					<input type="checkbox"/> No	Final Sum

Customer   
  Engineer   
  Service Admin   
  OP   
  Accounting



თბილისი  
22/02/2020

## შეკეთების ოქმი #2020/02-015

2019 წლის 14 ნოემბრის შეტყობინების საფუძველზე, შპს “ეი ბი ემ” – ის ტექნიკური განყოფილების მიერ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კუთვნილ გენეტიკურ ანალიზატორს GA 3500 (S/N 24157-111) ჩაუტარდა დიაგნოსტიკა, რა დროსაც დადგინდა, რომ შესაცვლელი იყო ანალიზატორი ლაზერი (შემოწმების ოქმი #15290). აღნიშნული ნაწილის შეცვლა უნდა მომხდარიყო შემოწმებიდან 30 დღეში - 2019 წლის 18 დეკემბრამდე, რაც ვერ მოხერხდა ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო - საჭირო ლაზერი მწარმოებელს არ გააჩნდა საწყობში.

ზემოაღნიშნული ლაზერის შეცვლა მოხდა 2020 წლის 22 თებერვალს. მისი საბაზრო ღირებულება შეადგენს 15000 აშშ დოლარს, რაზედაც მხარეთა შორის 2019 წლის 1 მარტს გაფორმებული #83 ხელშეკრულების მე-6.2 მუხლის თანახმად ვრცელდება 2 - წლიანი საგარანტიო პერიოდი.

დღევანდელი მდგომარეობით აპარატი არის გამართულ მუშა მდგომარეობაში,

აქტი შედგენილია 2 ეგზეპლარად, ქართულ ენაზე და ინახება მხარეებთან.

შპს “ეი-ბი ემ” –ის სერვისის  
განყოფილების უფროსი

ეროვნული ბიუროს სასამართლოს  
ბიოლოგიური

ექსპერტიზის უფროსის მოადგილე

/ რამაზ შიოშვილი /



/ თამარ გიორხელიძე /



**Engineer Report**

**S/N: 2020/02-015**

Comp./Uni.: <b>Levan Samkharauli National Forensics Bureau</b>	User: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>	Contact: <b>TAMAR GIORKHELIDZE</b>
Inst./FB:		
Dept.:	Telephone: <b>577344401</b>	Telephone: <b>577344401</b>
Str.: <b>84 Ilia Chavchavadze Avenue</b>	Fax:	Model-No.: <b>GA 3500</b>
Zip/City: <b>TBILISI</b>	Client-No.:	Serial-No.: <b>24157-111</b>
Purchase Order No.:	E-mail: <b>tgiorkhelidze@expertiza.gov.ge</b>	

Invoice Address: \_\_\_\_\_ Your local office: **LTD „ABM“ Georgia, Tbilisi, Vazha-Fshavela II block, build. #31**

I confirm that this system is free from micro biological; radioactive and chemical hazards.

Name	
Date	Signed

Contract No.:	Date / Report:	Start:	End:
---------------	----------------	--------	------

Reason for Visit **INSTRUMENT CALIBRATION**

Fault description:  
Описание неисправности:  
Action taken: \_\_\_\_\_ Start description: \_\_\_\_\_

**GA 3500 S/N: 24157-111**

**LASER HAS BEEN CHANGED; SYSTEM CHECK, SPATIAL AND SPECTRAL CALIBRATION PASSED ACCORDING TO SPECS.**

Short description: \_\_\_\_\_ FSE : \_\_\_\_\_  Service Supplement \_\_\_\_\_ Country code \_\_\_\_\_

Part Number	Description	Qty	Warranty	Billable	Contract	Total Price

Warranty	<input type="checkbox"/>	Service	<input type="checkbox"/>	Recall	<input type="checkbox"/>	Travel zone:	Travel Expense
Billable		Maintenance	<input type="checkbox"/>	Sales	<input type="checkbox"/>	Travel time	Hours worked
Update	<input type="checkbox"/>	Contract	<input type="checkbox"/>	Demo Unit	<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
Installation	<input type="checkbox"/>	Upgrade	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	h.	h. Date
							h. Date
							h. Date

Name print **RAMAZI SHIOSHVILI** \_\_\_\_\_

Service Engineer \_\_\_\_\_ Date **22.02.2020**

Customer **თამარ გიორგელიძე** \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Status done:  Yes  No

Intermediate Sum \_\_\_\_\_ % VAT \_\_\_\_\_ Final Sum \_\_\_\_\_

სახაზინო კოდი	46 00	დასახელება	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო		
ვალდებულების #	1001	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-17 3029694_02/03/2020_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.9	თანხა ლარებში	2,568.96	თანხა სიტყვით	ორი ათას ხუთასსამოცდარვა ლარი და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204852089	
დასახელება	სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	0				
დასახელება	ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; ცენტრალიზებული				
მიმღების ბანკის კოდი	TRESGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, "სახელმწიფო ხაზინა"				
ანგარიშის #	GE24NB0330100200165022	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი	302003287		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან, შპს ეი-ბი-ემ, ს/ნ 404917328				

მოთხოვნის დამატება: რუსუდანი თომაძე 13/03/2020 13:57


მოთხოვნის დამოწმება: თამარ ლომაძე 13/03/2020 14:41

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: გიორგი მუმლაძე 13/03/2020 16:16

მოთხოვნის მიღება: ნინო წიკლაური 13/03/2020 18:12

გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: 16/03/2020 03:12

ბანკში გაიგზავნა: 16/03/2020 11:03



სახაზინო კოდი	46 00	დასახელება	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო		
ვალდებულების #	1001	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-17 3029694_02/03/2020_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.9	თანხა ლარებში	19,730.04	თანხა სიტყვით	ცხრამეტი ათას შვიდასოცდაათი ლარი და ოთხი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204852089	
დასახელება	სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404917328				
დასახელება	შპს შპს ეი-ბი ემ				
მიმღების ბანკის კოდი	MIBGGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "პროკრედიტ ბანკი"				
ანგარიშის #	GE49PC0133600100063852	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ლაბორატორიული აპარატურის მიმდინარე რემონტი და ტექნიკური მომსახურება, ხელშ.83				

მოთხოვნის დამატება: რუსუდანი თომაძე 13/03/2020 13:53

მოთხოვნის დამოწმება: თამარ ლომაძე 13/03/2020 14:41

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: გიორგი მუმლაძე 13/03/2020 16:16

მოთხოვნის მიღება: ნინო წიკლაური 13/03/2020 18:12

გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: 16/03/2020 03:12

ბანკში გაიგზავნა: 16/03/2020 11:05

